EWL-141-172

Edwards Lifesciences

2010年 2 月18日作成（新様式第1版）　　医療機器製造販売届出番号　13B1X00231000028

機械器具 07. 内臓機能代用器
一般医療機器　弁形成リング用サイザ　17703020

カーペンターエドワーズフィジオリングⅡ用サイザー

［サイザーセット］

【警告】
1. 本品と併用する医薬品及び医療機器等の添付文書及び取扱説明書等も精読した上で、本品を使用すること。
2. 本品は未滅菌のため、必ず洗浄・滅菌をしてから使用すること。（【保守・点検に係る事項】）
3. 万一、サイザーが破損した場合、画像診断装置による探索は不可能であること。
4. 適切に洗浄及び乾燥を行うこと。［不十分な滅菌に繋がるおそれがあるため。］

【形状・構造及び原理等】

適切な弁形成リングサイズを決定するために使用し、患者の弁輪に位置させ、術者が適切な弁形成リングサイズを決定することができます。
本品は弊社のカーペンターエドワーズフィジオリングⅡ専用のハンドル付きサイザーです。その他の弁形成リングのサイジングには使用できません。

品番	種類	入数	材質
1252SET	カーペンターエドワーズフィジオリングⅡ用サイザーセット	24～40mm（計9個入）	ポリフェニルスルホン及びニッケル・チタン合金※1

※1：ニッケルを含有

【使用目的、効能又は効果】

弁形成術時に手動で用いる外科用器具で、適切なサイズの弁形成リングを植え込む開口部を測定することができます。

【品目仕様等】

該当なし

【操作方法又は使用方法等】

本品は適切な弁形成リングサイズを決定するために使用し、患者の弁輪に位置させ、術者が適切な弁形成リングサイズを決定することができます。ここでは本品（ハンドル付きサイザー）の使用方法についてのみ説明します。本体（弊社の弁形成リング）の植え込みを含む詳細な説明に付いては本体の添付文書を参照して下さい。

1. サイザー本体とハンドル部の中間部分は変形可能で、使用しやすい形状に調節する（曲げる）ことができます。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品に劣化の兆候である摩耗、くもり、ひび、亀裂などがないか確認し、劣化が認められた場合は使用しないで下さい。
2. 本品は定期的に交換して下さい。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

（1）重大な有害事象

1. 感染
洗浄及び滅菌が不十分な場合、感染の原因になる可能性があります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
直射日光、水ぬれ、高温多湿、化学薬品、埃等を避け、室温にて保管して下さい。

2. 有効期間・使用の期限
本品に劣化の兆候である摩耗、くもり、ひび、亀裂などがないか確認し、劣化が認められた場合は使用しないで下さい。

【保守・点検に係る事項】

注意：本品をクロイツフェルト・ヤコブ病（CDJ）患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、厚生労働省発行のクロイツフェルト・ヤコブ病診療マニュアル等を参考に消毒・滅菌を行って下さい。

注意：推奨する洗浄、滅菌方法以外の適用については、使用者が責任を持って行って下さい。

機械洗浄を行う場合

予備洗浄

必要に応じて非イオン性の酵素洗剤又は同等のもので洗浄して下さい。

洗浄

最初の使用の前及び手術後に、トレイにハンドル付きサイザーを設置し蓋を外した状態で、非イオン性の洗剤を用いて最低２分間機械洗浄して下さい。

用手洗浄を行う場合

予備洗浄

必要に応じて施設手順に従って洗浄して下さい。

洗浄

1. ハンドル付きサイザー、トレイ及び蓋をサイデザイム®等の酵素系洗剤の入った洗浄槽の中に入れて下さい。浸漬時間及び温度については洗剤の添付文書又は取扱説明書に従って下さい。

注意：洗浄中は器具が完全に浸かり、器具同士が接触していない事を確認して下さい。

2. 器具を柔らかいブラシで5分間、完全に洗浄し、表面の付着物を取り除いて下さい。

   注意：金属ブラシやスチールウールを使用しないで下さい。

   注意：洗浄中、常に新しい洗浄液を使用するようにして下さい。

3. それぞれの器具を脱イオン水で1分間を5回、完全にすすいで下さい。

消毒

1. 洗浄後、点検した器具を消毒剤（例：ディスオーパ®）の中に入れて下さい。浸漬時間及び温度については消毒剤の添付文書又は取扱説明書に従って下さい。

   注意：消毒中は器具が完全に浸かり、器具同士が接触していない事を確認して下さい。

2. それぞれの器具を脱イオン水で1分間を5回、完全にすすいで下さい。

滅菌

本品は以下の条件で滅菌して下さい。

オートクレーブ滅菌

＜通常の条件（常圧で置換を行う場合）＞

包装時：
温度：132～137℃
露出時間：10～18分間

無包装時（フラッシュ）：
温度：132～137℃
露出時間：3～18分間

＜あらかじめ陰圧を加える場合＞

包装時：
温度：132～137℃
露出時間：3～18分間

無包装時（フラッシュ）：
温度：132～137℃
露出時間：3～18分間

注意：製品お届け時の袋に入れたまま滅菌しないで下さい。

注意：滅菌効果確認のための生物学的指標による評価を含めて下さい。

注意：滅菌時にはトレイは重ねないで下さい。

【包装】

1個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

エドワーズ ライフサイエンス株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号
電話番号：03−6894−0500（顧客窓口センター）
外国製造業者（国名）：エドワーズライフサイエンス社（米国）
Edwards Lifesciences LLC